

環境封じ込めユニット
仕様書

2018年12月

社会福祉法人^{恩賜}_{財団} 済生会みすみ病院

2018年12月7日

入札業者 御中

熊本県宇城市三角町波多775-1

社会福祉法人^{恩賜}財団_{財団}済生会みすみ病院

院長 庄野 弘幸

(公印省略)

備品購入(仕様書)について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

早速ですが、当院としましては別紙仕様書の通り購入を計画しております。つきましては下記の書類等を準備され期限までに提出して頂きますようお願い致します。また、該当しない場合は、ご面倒でも応札仕様書にその旨を記載され提出して頂きますよう重ねてお願い致します。

以上

記

- ・ 応札仕様書
- ・ 該当機種のカタログ
- ・ 備品見積書(税込)

入札日時：2018年12月19日14時00分開始

入札場所：2階カンファレンス室

問合わせ先

〒869-3205 熊本県宇城市三角町波多775-1

社会福祉法人^{恩賜}財団_{財団}済生会みすみ病院

TEL 0964-53-1656(直通) FAX 0964-53-1657

担当者：医実室 佐藤 登紀子

仕様書

I. 概要

環境封じ込めユニット(以下、ミンティ)一式は、下記に示す調達物品であり、本仕様書に示す性能・機能を満たし、かつ当院の運用に沿った装置・システムであること。

II. 品名及び数量

ミンティとして調達する物品の名称、数量及び構成内訳は下記の通りとする。

調達物品名：環境封じ込めユニット

メーカー：(株)モレーンコーポレーション

規格：ECU3環境封じ込めユニット

III. 導入場所

社会福祉法人^{恩賜}財団_{財団}済生会みすみ病院

IV. 調達物品に備えるべき技術的要件の概要・本入札における評価基準

- (1) 本品調達物品に係る性能機能及び技術等（以下「性能」という。）の要求用件（以下「技術用件」という。）は別途に示すとおりである。
- (2) 技術的要求用件は全て必須の要求要件である。
- (3) 必須の要求要件は、必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能がこれを満たしていないとの判断がされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- (4) 必要書類を提出する際は、封書に封印をして提出すること。また、見積書には単品ごとの定価・実納入価も可能な限り記載すること。
- (5) 落札業者決定については、最低価格落札方式であるため、即日開札・通知することとする。

全自動錠剤分包機について性能・機能の要件

1. 構成他

1-1. 同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、2018年12月14日(金)までに社会福祉法人

恩賜
財団 済生会みすみ病院医事室宛てに同等品であることを証明する書類(カタログ等を含む)

を提出し、その承認を得ること。この場合において、適合参考備品以外のミニティについては、規格等の各項目についてその性能・機能等を十分に明らかにするものとしなければならない。

1-2. 入札参加希望者において、備品の設置現場を確認したい場合は、事前に医事室に連絡し、日程調整のうえ行うこととする。その際は当院職員立会いのもと行うこととする。

1-3. 仕様書に関する質問等がある場合には、下記へ2018年12月14日(金)までにメールにより行うこと。

済生会みすみ病院 担当者メールアドレス：tokiko-sato@saiseikaikumamoto.jp

2. 性能・機能等に関する仕様

ECU3 環境封じ込めユニット	1 式
[内訳] ECU3 本体	1 台
1000V 陰圧 HEPA ファンユニット	1 台
コリドーフランジ	1 台

ECU3 環境封じ込めユニットは以下の要件を満たすこと。

1. 「CDC 医療施設における感染管理のためのガイドライン 2003」が定める「感染管理リスクアセスメント ICRA (イクラ)」に準拠していること。
2. 一般個室を前室のある空気感染隔離室(陰圧室)にできること。
3. 廊下を陰圧により封鎖することにも使用可能であること。
4. 前室ユニットはポータブル採痰ブースとしても使用可能であること。
5. 改修工事や空調のメンテナンスの際にも使用可能であること。
6. 前室ユニットは折りたたみ式であること。
7. 前室ユニットへは4面(側面)からの出入りが可能であり、その扉はファスナー式であること。
8. ファンユニットにはプレフィルターおよび HEPA フィルターが装備されていること。
9. ファンユニットは風量を調整可能であること。
10. 電源は 100V 仕様であること。